

Universitetet i Tromsø

Postboks 6050
9037 TROMSØ

Deres ref.
2015/227

Vår ref.
15/00875/353.5
Saksbeh. Øivind Syversen

Vår dato
04.12.2015

Vedtak om pålegg – retting av avvik

Vi viser til varsel om pålegg om retting datert 2.11.2015, som omhandler radioaktive undervisningskilder som forsvant fra UiT Norges arktiske universitet i mai 2015.

Staten strålevern fikk 20.11.2015 tilsendt en e-post med oversikt over UiTs strålekilder og laboratorier. Dere opplyser om at UiT er i gang med en fullstendig gjennomgang av ioniserende og sterke ikke-ioniserende strålekilder, oppbevaringssteder og merking. Det meddeles også at det vil bli utført et internt tilsyn på enhetene med hensyn på dette.

Videre viser vi til deres brev datert 26.11.2015 med kommentarer til Strålevernets varsel om pålegg, hvor det ytterligere orienteres om hva UiT har gjort i saken.

Det framgår av deres tilbakemeldinger at arbeidet med å imøtekomme de varslede pålegg er startet, men ikke slutført. Strålevernet vedtar derfor pålegg om retting.

Vedtak om pålegg

Strålevernet har hjemmel til å gi pålegg om retting av virksomhet som strider mot bestemmelser fastsatt i strålevernloven og strålevernforskriften, jf. strålevernloven § 18, første ledd og § 19, første ledd.

Strålevernet gir UiT Norges arktiske universitet følgende pålegg om retting av avvik:

Pålegg 1

Virksomheten må gjøre tiltak for å finne de 8 settene med radioaktive undervisningskilder som er gått tapt, jf. forsvarlighetskravet i strålevernloven § 5.

Pålegget kan etterkommes ved å:

Redegjøre for hvor samtlige av de 24 stavene befinner seg eller har tatt veien og hvordan de evt. tenkes håndtert videre.

Pålegg 2

Virksomheten må sikre at alle radioaktive strålekilder oppbevares forsvarlig, jf. strålevernforskriften § 24.

Pålegget kan etterkommes ved å:

Dokumentere at det er gjort en fullstendig gjennomgang av hvordan virksomhetens radioaktive strålekilder oppbevares.

Pålegg 3

Virksomheten må merke radioaktive strålekilder og oppbevaringsplasser i henhold til hhv. §§ 21 og 24 i strålevernforskriften.

Pålegget kan etterkommes ved å:

Dokumentere at alle oppbevaringsplasser og radioaktive strålekilder er riktig merket.

Begrunnelse

Håndteringen av nevnte undervisningskilder har ledet til at totalt 24 staver med radioaktivt materiale ikke kan gjøres rede for. Denne håndteringen er bl.a. brudd på forsvarlighetskravet i strålevernloven § 5.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Helse- og omsorgsdepartementet. Klagen må fremsettes innen tre uker fra mottak av dette pålegget, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage begrunnes og de endringer dere ønsker angis. Klagen skal sendes til Strålevernet.

Strålevernet har veiledningsplikt, jf. forvaltningsloven § 11. Vi vil gi øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken på forespørsel

Med hilsen



Hanne Kofstadmoen
avdelingsdirektør



Sindre Øvergaard
seniorrådgiver