

Skademeldinger og nestenulykker innrapportert i perioden 01.01.2018 – 25.02.18

ePhorte: 2018/180 og 2017/953

Eksp = til eksponeringsregisteret, ePhorte:

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Pers.skade/ sykedager	Eksp	Kommentar/Tiltak
Det helsevitenskapelige fakultet							
IFA	2	24.01.18	Student stakk seg på glasspipette	Uhell. Glasspipetten knakk	Ja/Nei	Nei	Ren glasspipette. Ingen fare for smitte eller uønskede kjemikalier
Innkjøp	3	10.01.17	Utlevering av farlig kjemikalie til en ansatts hjemmeadresse	Feil i UBWon bestillings systemet	Nei/Nei	Nei	ØA varslet. Oppdatering av systemet har lukket muligheten for at denne feilen oppstår igjen
Helsefak	7	24.01.18	Dører til adgangsbegrenset labfløy var satt åpen	Gjøre det enklere for eksterne arbeidere i forbindelse med ombygging	Nei/Nei	Nei	Det ble gitt beskjed til byggansvarlig om at dørene skal være lukket og låst
IHO	17-33	19.09.17	Student i praksis i hjemmesykepleie opplevde at pasient tar fram en pistol som han «vifter» med.		Nei/Nei	Nei	Sonelederen og hjemmesykepleien hvor studenten var i praksis varslet politiet. Samtaler med student i etterkant
Fakultet for naturvitenskap og teknologi							
IIS	5	19.01.18	Student klemte finger mot gjenstand ved fall på is	Glatt	Ja/Nei	Nei	Bruke brodder når det er glatt

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Pers.skade/ sykedager	Eksp	Kommentar/Tiltak
IG	8	07.02.18	Fall på is på parkeringsplass	Glatt	Ja/Nei	Nei	Bedre strøing når det er ekstra glatt
IK	9	30.01.18	Fikk skapdør i hodet	Hengsel løsnet og skapdør falt framover	Nei/Nei	Nei	Kontrollere og feste hengsler
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning							
ILP	1	15.01.18	Student fikk isklump i hodet	Isklump løsnet fra tak og falt ned	Ja/Nei	Nei	Statsbygg har driftsrutiner for sjekk av is- og snølaster på tak. Inngangen ble umiddelbart stengt. For å forebygge lignende tilfeller i framtiden er sikringen på taket utvidet. Andre områder av taket vil også bli befart og vurdert utbedret.
Tromsø Museum, TMU							
TMU	10	23.01.18	Fall i korridor. Slo hode, albue, kne og fot	Glatt gulv grunnet nylig boning	Ja/Nei	Nei	Ingen
Universitetsbiblioteket							
UB	13	13.02.18	Student opptrådte støyende, sjenerende og truende	Ustabil person	Nei/Nei	Nei	Vekter ble tilkalt. Politi ble tilkalt da studenten kom tilbake. UTA følger opp saken videre.
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi							

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Pers.skade/ sykedager	Eksp	Kommentar/Tiltak
IIT	4	01.02.18	Studenter i opplæring så på sveising i ca. 1 min med sveisemasker med redusert blending	Svikt i rutiner for kontroll av sveisemasker	Nei/Nei	Nei	Oppdatere rutine for kontroll av sveisemasker, samt ny risikovurdering av rutine for varmt arbeid sveising
Administrasjonen							
ITA	17-63	10.11.17	Ansatt tipper på UiTs sykkel i kulverten	Skadet bakhjul på sykkel	Ja/Nei	Nei	Avdelingen har kjøpt inn nye sykler
UNN, Laboratoriemedisin							
HMI, UNN og pediatriisk forskingsgruppe	6	24.01.18	Det ble observert flere avvik på et kjølerom som HMI, UNN og Pediatr.forskn.gr. benytter: - manglende romkort, - mat lagret på kjølerommet, - uavhendet kjemikalieavfall - dør var ulåst	Svikt i rutiner	Nei/Nei	Nei	Instituttleder IMB tar saken med HMI. IKM tar kontakt med lederne på pediatriisk forskningsgruppe for å rette opp avvikene.