

Skademeldinger og nestenulykker innrapportert i perioden 18.09.18 – 12.11.18

ePhorte: 2018/180

Eksp = til eksponeringsregisteret, ePhorte:

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Pers.skade/ sykedager	Eksp	Kommentar/Tiltak
Det helsevitenskapelige fakultet							
IFA	40a	25.09.18	Stakk seg i fingeren på nål	Uhell	Ja/Nei	Nei	Ingen foreslåtte
IFA	40b	24.09.18	Stakk seg i fingeren på nål	Uhell	Ja/Nei	Nei	Ingen foreslåtte
IFA	40c	25.09.18	Stakk seg i fingeren på nål	Uhell	Ja/Nei	Nei	Ingen foreslåtte
Helsefak	42	04.07.18	Ved kontroll ble det påvist stråling over bakgrunnsnivå på isotoplab type B	Mindre søl av I-125 som ikke var blitt oppdaget under normal kontaminasjonskontroll	Nei/Nei	Nei	Stenging og dekontaminering av lab. Statens strålevern ble orientert. Gjennomgang av rutiner og forbedre opplæring i kontaminasjonskontroller. Informasjonsmøte (29.11.18) for brukere av laben. Samtlige tiltak vil også gjøres rede for ved årsrapportering.
IMB	43	11.-22./06-18	Akutt senebetennelse	Ensidig belastning i forbindelse med elektronisk sensurering	Ja/Ja	Nei	Arbeidsstasjon vurderes av Hemis
IHO	45	27.10.18	Student i praksis ble fysisk angrepet og skadet av pasient	Psykiatri	Ja/Ja	Nei	Studenten skal ikke møte den aktuelle pasienten igjen. Dersom studenten fortsetter sin praksis på avdelingen avtales videre tiltak for å sikre tryggheten til studenten

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Pers.skade/ sykedager	Eksp	Kommentar/Tiltak
ILP	47	14.09.18	Student mistet taket i en turnøvelse og falt 1,5 m og slo ryggen	Uhell i forbindelse med gjennomføring av arbeidskrav til utdannelsen	Ja/Ja	Nei	Eventuelle tiltak vurderes
ILP	48	12.10.18	Student skadet hånd under gjennomføring av en hinderløype	Uhell i forbindelse med gjennomføring av arbeidskrav til utdannelsen	Ja/Nei	Nei	Eventuelle tiltak vurderes
Fakultet for naturvitenskap og teknologi							
IG	CIM	09.10.2018	Fem flasker med prøver (i kjemikalier) ble funnet på rom hvor det ikke skal lagres slike prøver.	Ble satt på feil kjølerom grunnet manglende tilgang til rom 1314C	Nei/Nei	Nei	Prøvene ble flyttet til riktig lager. Gjennomgang av rutiner med eier av prøvene.
IG	CIM	11.10.2018	Prøver (se avvik over) var ikke korrekt merket med eier og innhold	Brudd på interne rutiner	Nei/Nei	Nei	Prøvene ble merket på korrekt måte. Gjennomgang av rutiner med eier av prøvene.
TGO	CIM	22.10.2018	Det ble oppdaget veldig noen skarpe vinduskarmer på Teknologibygget som man kan skjære seg på	Bygningsteknisk	Nei/Nei	Nei	Problemstilling sendt videre til Statsbygg
IIS	CIM	05.11.2018	Kostbart utstyr ble kastet	Etter at studenter hadde sluttet ble skap tømt og i	Nei/Nei	Nei	Utstyret ble funnet i kulvert før endelig avhending og ble således berget.

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Pers.skade/ sykedager	Eksp	Kommentar/Tiltak
				denne forbindelse ble etterlatt utstyr i skapet kastet.			Studentene ved automasjon og drone kan ha signert ut utstyr for å kunne jobbe med dette utenom undervisningstid. Utstyret oppbevares innelåst i deres "egne skap". Dersom de glemmer å returnere utstyret når de slutter, vil det først bli funnet når skapene tømmes. Tiltak: Øke bevisstheten rundt dette for å forhindre at etterlatt utstyr kastes
Universitetsbiblioteket							
UB	38	18.09.18	Ubehagelig opplevelse med bruker	Ukjent	Nei/Nei	Nei	Registrering av hendelsen
UB	39	17.09.18	Forsendelse med bøker luktet mugg. Mistanken om muggsopp ble varslet, men bøkene ble håndtert uten at disse ble kontrollert først.	Muggsopp i gamle dokumenter	Nei/Nei	Nei	Behov for kompetanseheving og beredskap rundt mottak av dokumenter på UB
UB	41	05.09.18	Ubehagelig opplevelse med bruker	Ukjent	Nei/Nei	Nei	Registrering av hendelsen
Administrasjonen							

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Pers.skade/ sykedager	Eksp	Kommentar/Tiltak
KSA	44	16.08.18	Falt og slo fot, hånd, skulder og albue	Hull i veien	Ja/Nei	Nei	Reparasjon av hullet i veien
BEA	46	20.08.18	Slo arm mot sofa under rengjøring av gulv	Uhell	Ja/Nei	Nei	Gjøre en risikovurdering