

## Skademeldinger og nestenulykker innrapportert i perioden 13.11.18 – 31.12.18

ePhorte: 2018/180

Eksp = til eksponeringsregisteret, ePhorte:

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Pers.skade/ sykedager	Eksp	Kommentar/Tiltak
<b>Det helsevitenskapelige fakultet</b>							
Adm	14	20.02.2018	Dør til kjemikalielager åpnet seg ved brannalarm	Automatisk åpning ved brannalarm	Nei/Nei	Nei	Innstillingen på dørene til spritlager og eter-lager kobles ut, slik at de ikke åpnes ved brannalarm.
IFA	50	12.11.2018	Sprut på øyet ved bruk av sprøyte	Uhell ved bruk av sprøyte	Ja/Nei	Nei	Gjennomgang av prosedyre
IVP	51	03.12.2018	Stakk seg på brukt kanyle	Ikke fulgt prosedyre	Ja/Nei	Nei	Ny gjennomgang av prosedyre
ISM	52	02.10.2018	Metallgitter foran lampe løsnet og falt ned	Sikringslenke var ikke satt på	Nei/Nei	Nei	Kontroll av sikkerhetslenker
ISM	53	26.11.2018	Mye snø vanskeliggjorde adkomst til bygget for ansatt	Mye snø og dårlig brøyting	Nei/Nei	Nei	Temperaturen i fortauet er økt
<b>Fakultet for naturvitenskap og teknologi</b>							
IK	CIM	01.11.2018	Usikret gassflaske	Manglende stropper for å sikre gassflasken	Nei/Nei	Nei	Det er ordne med nye stropper for sikring av gassflasker
IK	CIM	28.11.2018	Observasjon av sølvkre		Nei/Nei	Nei	Fare for materiell skade. Evt tiltak overlates til BEA
Adm	CIM	13.12.2018	Sterk lukt som minnet om neglelakkfjerner	Ukjent	Nei/Nei	uklart	Uklart om noen kan ha blitt eksponert. Saken utredes fortsatt