

Skademeldinger og nestenulykker innrapportert i perioden 01.01.20 – 18.03.20
ePhorte: 2019/211

Eksp = til eksponeringsregisteret, ePhorte:

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Pers.skade/ sykedager	Eksp	Kommentar/Tiltak
Det helsevitenskapelige fakultet							
Medisin	53	02.12.19	Kutt i finger	Uhell	Ja/Nei	Nei	
IFA	54	19.02.20	Løsemiddel håndtert utenfor avtrekksskap på studentlab. Ved tilsnakk oppstod krangel med labveileder	Brudd på HMS-rutiner	Ja/Nei	Mulig	Internt møte om hendelsen i etterkant
Helsefak-fuf	55	15.01.20	Fall fra stol	Ny, ustabil stol	Ja/Ja	Nei	Hjulrammen stolen stod på er fjernet
KAM	CIM708	03.02.20	Løsemiddellukt på MH-2 vest	Et avtrekksskap på en lab som i fungerte ikke som det skulle	Nei/Nei	Mulig	Avtrekksskap ble reparert
	CIM729	04.02.20	Funn av labfall i gul risikopose utenfor lab	Brudd på rutiner	Nei/Nei	Nei	Avfallet stammer sannsynlig fra et kurs. Informasjon om avfallshåndtering
Fakultet for naturvitenskap og teknologi							
IG	CIM669	10.01.20	Kutt i finger	Uoppmerksomhet Holdt kniven feil	Ja/Nei	Nei	
IG	CIM689	22.01.20	Feil oppbevaring av kjemikalier	Ble plassert der for å være lett tilgjengelig. Deretter muligens avglemt	Nei/Nei	Nei	Kjemikalieflaskene ble flyttet
ISS	CIM721	12.02.20	Dårlig luftkvalitet på klasserom	Dårlig ventilasjon	Nei/Nei	Nei	

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Pers.skade/ sykedager	Eksp	Kommentar/Tiltak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi							
NFH	56	03.02.20	Kontaminert dørhåndtak	Noen hadde tatt i dørhåndtak med kjemikaliesøl på hansker	Nei/Nei	Nei	Personen fikk et ufarlig kjemikalie på fingrene. Mail sendt ut til ansatte og studenter om at det ikke skal brukes labhansker ved åpning av dører.
NFH	57	03.02.20	Lukt og eksponering for kjemikalie	Et lab instrument ble flyttet til et kontor. Instrumentet var ikke godt nok rengjort og avga løsemiddeldamp	Ja/Nei	Ja	Tre personer ble eksponert for løsemiddeldamp i samme hendelse.
NFH	58				Ja/Nei	Ja	
NFH	59				Ja/Nei	Ja	
NFH	60	05.02.20	Rør med prøve eksploderte på lab	Varmeskap ble defekt og overskred innstilt temperatur	Nei/Nei	Nei	Det er i gang en prosess for å bytte ut gamle varmeskap