

**Skademeldinger og nestenulykker innrapportert i perioden 16.11.20-27.01.21**  
**ePhorte: 2020/92 og 2021/74**

**Eksp = til eksponeringsregisteret, ePhorte**

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Pers.skade/ sykedager	Eksp	Kommentar/Tiltak
<b>Fakultet for naturvitenskap og teknologi</b>							
IK	CIM 691	23.01.2020	Vannskade på lab	Slange sprakk pga endringer i vanntrykk	Nei/Nei	Nei	Tiltak: koble på vannstopper
IK	CIM 727	14.02.2020	Stans i ventilasjon i avtrekksskap uten at labansvarlige var varslet	Ikke oppdaterte lister over labansvarlige	Nei/Nei	Nei	Liste over kontaktperson ved de ulike labene er oppdatert for å sikre at riktige personer får informasjon om slike ting på forhånd.
IK	CIM 782	10.08.2020	Lite kutt i hånd.	Glasskolbe gikk sund. Uhell.	Ja/Nei	Nei	Uhell
EISCAT	CIM 810	03.09.2020	Funn av to brukte sprøyter (rusmidler) utendørs	Narkomane i nabolaget?	Nei/Nei	Nei	Ingen
ITS	CIM 836	05.11.2020	Slo handledd	Fall i trapp	Ja/Nei	Nei	Uhell
IG	CIM 875	28.11.2020	Klemskade på tuppen av finger	I klem mellom container og kjetting ved lossing	Ja/Ja	Nei	Gjennomgang av arbeidsrutiner
IFT	CIM 1041	01.01.2021	Søl av kjemikalie på benk og varmeplate ble ikke tørket opp	Prøve etterlat uten tilsyn. Søl ikke tørket opp av bruker. Brudd på interne regler	Nei/Nei	Nei	Varmeplaten er flyttet til annen lab der den er under oppsyn. Gjeldende regler gjennomgått med den som var ansvarlig for hendelsen.

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Pers.skade/ sykedager	Eksp	Kommentar/Tiltak
<b>Det helsevitenskapelige fakultet og fakultet for naturvitenskap og teknologi</b>							
IMB og IK	74-1 og 74-2	Høst 2020	Ved opprydding ble det både på Helsefak. og på NT-fak., funnet gamle beholdere med uregistrerte radioaktive stoffer.  Dette er et brudd på kravet om å ha kontroll på radioaktive kilder	Kildene var kjøpt inn før stoffkartotek-forskriften kom i år 2000 og før strålevern-forskriften (år 2001).	Nei/Nei	Nei	Tiltak: Finne ut hvem som eide kildene og hvordan disse kan ha blitt stående så lenge uten å ha blitt registrert.  Avvikene meldes til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og redegjøres for ved årsrapportering  Kommentar: Kildene var forsvarlig oppbevart og man går ut fra at ingen er blitt eksponert for strålingsdoser  Kildene er avhendet.
<b>Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi</b>							
NFH	19	06.11.2020	Lukt av løsemiddel i ved plassering av skittent labutstyr i oppvaskmaskin	Gassutstyr er ikke tilstrekkelig avdampet i avtrekksskap før det sendes til vask	Nei/Nei	Nei	Det er gitt beskjed til de som benytter lab om at skittent utstyr må stå i avtrekk før det sendes til vask
HHT	20	09.03.2020	Deksel fra lysarmatur ramlet ned	Slitasje på gammelt lysarmatur	Nei/Nei	Nei	Avviket er registrert hos og følges opp av BEA. Lignende lysarmatur sjekkes av drift for feil eller svakheter
NFH	22	04.12.2020	Hjernerystelse og mulig nakkesleng	Fall i trapp på hjemmekontor	Ja/Ja	Nei	

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Pers.skade/ sykedager	Eksp	Kommentar/Tiltak
<b>Administrasjonen</b>							
FAdm	21	04.11.2020	Deksel fra lysarmatur ramlet ned	Slitasje på gammelt lysarmatur	Nei/Nei	Nei	Avviket er registrert hos og følges opp av BEA. Lignende lysarmatur sjekkes av drift for feil eller svakheter