

Avviksmeldinger innrapportert i perioden 16.05.21-31.08.21

Enhet	Nr	Dato	Status	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
Det helsevitenskapelige fakultet								
RKBU	1620	23.08.2021	Lukket	Brannalarm	Røykutvikling fordi ansatt glemte en brødske i brødrister	Nei	Nei	Det ikke lenger anledning til å riste brød på pauserommet. Brødristerne er fjernet
IHO - Adm	1611	16.08.2021	Lukket	Stakk seg på brukt kanyle	Studenten brukte en nål hun ikke var vant med. Hun hadde heller ikke kanyleboksen nært nok. (Årsaken er ikke som følge av manglende risikovurdering)	Ja	Nei	Studenten har tatt blodprøve (nullprøve), 16.08, og skal ta tre nye prøver etter 6 uker, 3 måneder og 6 måneder.
ISM - Felles	1498	23.06.2021	Lukket	Ved flytting av biologisk materiale ble det funnet knuste rør, glasskår og gammelt blodsøl.	Materialet har vært lagret i esker stablet i høyden, med stor grad av komprimering pga. høy vekt	Nei	Nei	Alt materiale ble håndtert med forsiktighet, og ingen uønskede hendelser inntraff. Rommet har i etterkant blitt sanert av renholdspersonale.
Fakultet for naturvitenskap og teknologi								
IFT	1626	26.08.2021	Åpen	Petriskål falt av kjøleskap og forårsaket biologisk søl	Petriskålen var ikke forseglet	Nei	Nei	Sølet ble tørket opp og desinfisert. Dette avviket samt generell sikkerhetskultur og opplæring tas opp med ledere og verneombud ved IFT i møte 26/8
IK	1595	02.08.2021	Lukket	Prøverør knust i sentrifuge. Søl av små mengder kjemikalier	Feil prøverør benyttet i sentrifuge	Nei	Nei	Sentrifuge ble rengjort.
IFT	1534	09.07.2021	Lukket	Mangelfull håndtering ved søl av giftig og miljøskadelig stoff.	Mangelfull opplæring og/eller mangelfull etterlevelse	Nei	Nei	Området er sanert. Avviket er fulgt opp mot de involverte og hendelsen evaluert. Både

Enhet	Nr	Dato	Status	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
				Verneutstyr ble ikke brukt.				instituttledelsen, verneombud, fagfolk og HMS-rådgiver er involvert i en prosess for å styrke bevisstheten rundt sikkerhet og opplæring.
NT - Led	1488	22.06.2021	Lukket	Dør til sone med laboratorier har gjentatte ganger gått i lås og lar seg ikke åpne. Driftspersonell har blitt tilkalt for å åpne døren.	Deler i dør var ødelagt	Nei	Nei	Driftsleder i bygget tilkalte Låsgruppen som har og reparert døren
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi								
NFH	1483	16.06.2021	Lukket	Strømstøt i hånd fra sentrifuge	Feil på sentrifuge (løs jordledning)	Ja	Nei	Den skadde ble vurdert av legevakt. Elektriker har utbedret feilen.
NFH	1613	17.08.2021	Åpen	Et kjemikalie hadde lekket utover en hylle. Fare for eksponering	Feil ved lagring av kjemikalie. Lagret i en plastbakke som hadde smuldret opp og ført til lekkasje	Nei	Nei	Under oppfølging
NFH	1609	10.08.2021	Åpen	Kjemikalier med faremerking er oppbevart utenfor godkjent kjemikalieskap. Fare for eksponering	Ansatte har ikke nok kunnskap om riktig oppbevaring av kjemikalier. Det ligger ikke til rette for riktig oppbevaring av kjemikalier ved enheten.	Nei	Nei	Under oppfølging
NFH	1502	23.06.2021	Åpen	Feil lagring av farlig kjemikalie	Uoppmerksomhet fra bruker angående samlagring av kjemikalier. I tillegg er det ikke et godt og gjennomført system for kjemikalielagring ved NFH (adskilt	Nei	Nei	Under oppfølging

Enhet	Nr	Dato	Status	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
					lagringsplass for ulike stoffer).			
NFH	1499	23.06.2021	Åpen	Prøvemateriale i formalin eller etanol lagret feil	Manglende egnet lagringsplass med ventilasjon for prøvemateriale på formalin eller etanol	Nei	Nei	Under oppfølging
NFH	1492	22.06.2021	Åpen	Under rydding av laboratoriet ble det funnet en flaske med meget farlig kjemikalie lagret i en hylle/overskap.	Laboratorieansvarlig var ikke varslet om at stoffet er kjøpt inn og lagret på lab, slik rutinen tilsier	Nei	Nei	Under oppfølging
AMB	1471	09.06.2021	Åpen	Rom inneholdt mere gass under trykk enn ventilasjonen på rommet tillater		Nei	Nei	Under oppfølging
AMB	1469	09.06.2021	Åpen	Fryserom var låst med kjetting og hengelås.		Nei	Nei	Det er krav om at alle fryserom skal kunne åpnes fra innsiden. Under oppfølging
AMB	1465	09.06.2021	Åpen	Funn kjemikalier som ikke skal samlagres i samme skap. Kjemikaliene hadde gammel og mangelfull merking.		Nei	Nei	Under oppfølging
Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi								
IVT	1672	30.08.2021	Åpen	To kjemikalieskap har rustet etter at de har reagert med kjemikalier inni skapene. Lokalet bærer også preg av at det behøves en opprydding av utstyr,	Kjemikalieskapene er ikke dimensjonert eller egnet for de kjemikalier som lagres.	Nei	Nei	Under oppfølging

Enhet	Nr	Dato	Status	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
				samt en gjennomgang av kjemikalier.				
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning								
ISK	1624	26.08.2021	Åpen	Krasjet med hensatte møbler i korridor	Flere møbler er plassert i en korridor, bl.a. et skrivebord plassert med bena stikkende ut i korridoren, noe som okkuperer omtrent halve korridoren En ansatte slo låret mot et slik bordbein, da han gikk gjennom korridoren og snakket med en annen.	Ja	Nei	Under oppfølging
Administrasjonen								
BEA - SCD	1490	22.06.2021	Åpen	Ansatt slo hodet mot glassvegg	Glassveggen mangler merking	Ja	Nei	Under oppfølging
BEA - SCD	1477	15.06.2021	Åpen	Ansatt fikk kul i panna, vondt i hodet og kvalm	Ansatt gikk på utstyr som var i veien (feilplassert)	Ja	Nei	Under oppfølging

Eksp = til eksponeringsregisteret, ePhorte