

Oversikt over innrapporterte HMS-avvik i perioden 01.01.22 -21.01.22

Enhet	Nr	Dato	Status	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
Det helsevitenskapelige fakultet								
IHO	2028	03.01.2022	Lukket	Fall på isen	Glatt	Ja	Nei	
IHO	2088	24.01.2022	Lukket	Student i praksis ble slått	Utagering fra pasient	Nei	Nei	Studenten ble ikke skadet
IFA	2200	09.03.2022	Lukket	En liten brann på lab	Oppvarmet skalpell ble dypet i sprit som så tok fyr	Nei	Nei	Hendelsen tas opp på førstkomende gruppemøte i forskningsgruppa
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi								
NFH	2054	11.01.2022	Lukket	Student fikk skade på hud på håndleddet	Uhell med syre	Ja	Nei	Uhell. Studenten brukte hansker, men disse dekket ikke området mellom hansker og lab.frakk
NFH	2076	19.01.2022	Lukket	Cryorør i nitrogen eksploderte.	Utvendige gjenger øker faren for at rør eksploderer. Rørene ble lagret i den flytende væska og ikke i dampen over (pga liten tank).	Nei	Nei	Visir ble ikke brukt fordi det ikke var enkelt å finne. Ingen kom til skade
NFH	2095	31.01.2022	Lukket	Feil bruk av utstyr på lab. Mikrotiterplater ble sittende fast inne i plateleser	Utilstrekkelig opplæring av student, eller at studenten hadde glemt hvordan dette skulle gjøres.	Nei	Nei	Ny opplæring gitt
NFH	2128	11.02.2022	Lukket	Lekkasje fra korken på dunker med brennbare, giftige løsemidler.	Korkene ikke var blitt strammet godt nok før de ble satt i skap med avfall. Korkene på de to aktuelle dunkene var av en annen type enn vanlig.	Nei	Nei	Oppslag på skapet om at man må påse at korka er godt skrudd på. Det vil bli sendt mail til alle i forskningsgruppa om hendelsen. Det bør brukes nitrilhansker ved arbeid med kjemikaliedunkene.

Enhet	Nr	Dato	Status	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
								Dersom flere av disse korkene skulle dukke opp, vil de bli fjernet.
NFH	2144	22.02.2022	Lukket	Uforsiktig håndtering av skittent knust glass. Manglende hanskebruk	Prøveglass knust i transport. Var ikke oppmerksom på at glass kunne være knust.	Nei	Nei	Gjennomgang av rutiner
AMB	2163	01.03.22	Lukket	En ansatt skadet venstre kne under håndtering av reinsdyr	Uhell	Ja	Nei	Legebesøk for videre utredning. Det er gjort en gjennomgang av håndteringen av rein og tiltak er gjennomført.
NFH	2170	02.03.2022	Åpen	Feil lagring av giftig kjemikalie, lagring utenfor godkjent kjemikalieskap	Feilplassering av faremerket kjemikalie	Nei	Nei	
NFH	2172	02.03.2022	Lukket	Gjentatt manglende dekontaminering etter arbeid på viruslab	Brukere har fått opplæring, men følger ikke rutinen	Nei	Nei	Alle brukere av viruslaben informeres på nytt om at det har vært brudd på rutinen, og blir informert om hva rutinen er. Ved gjentatt brudd på rutinen vil laben stenges for all aktivitet av verneombud.
NFH	2174	07.03.2022	Åpen	Bilulykke med tjenestebil	Møte med motgående kjøretøy på smal vei. Unnamanøver førte til at bilen kom borti autovernet og bakenden på motgående kjøretøy. Det var litt glatt føre.	Nei	Nei	
NFH	2177	08.03.2022	Åpen	Bestilling av kjemikalie med innkjøpsrestriksjoner i hht REACH (stoffer med	Ved bestilling av kjemikaliumet lå det ikke	Nei	Nei	Enighet om at dette ikke er et stoff de ønsker å benytte eller oppbevare på sin lab. Produktet

Enhet	Nr	Dato	Status	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
				svært uønskede egenskaper og stoffer som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Slike stoffer er helt eller delvis forbudt å kjøpe inn.	inne noen form for restriksjoner hos leverandør. Kjemikaliumet var ikke risikovurdert i forkant			vil bli avhendet. Det vil ikke bli åpnet eller benyttet.
AMB	2202	09.03.2022	Åpen	Eksposering for oljeforbindelser	Oljeholdige sedimenter fra tokt ble ført til UiT for analyse. Første trinn i analysen ble gjort i et rom med begrenset ventilasjon.	Nei	Ja	Mulig eksponering
NFH	2217	16.03.2022	Ny	Søppel fra lab utenfor søppelboks.	Brukeren har ikke sjekket at de traff søppelkassen når de kastet søppel	Nei	Nei	
NFH	2219	17.03.2022	Ny	Det lekket ut damp under oppvarming av prøve tilsatt syre	Lokk på prøveglass var ikke helt tett	Nei	Ja	Mulig eksponering. Har vært i kontakt med BHT for råd. Det skal benyttes varmeblokk plassert i avtrekksskap til denne typen forsøk.
NFH	2227	20.03.2022	Ny	Fall på isen	Glatt	Ja	Nei	Den ansatte oppsøkte lege i etterkant
NFH	2229	21.03.2022	Ny	Student fikk brannskade på finger	Brannskaden oppstod da vedkommende skulle sku av lokket på små glassrør som var varme (opptil 110°C).	Ja	Nei	Studenten hadde på gummihandsker, og oppdaget ikke skaden før hansken ble tatt av.
Fakultet for naturvitenskap og teknologi biovitenskap, fiskeri og økonomi								
IK	2092	28.01.2022	Åpen	Pakker med kjemikalier har flere ganger blitt levert på feil sted (til	Posten som leverer ut pakker har levert feil. Blander sammen adressene	Nei	Nei	Dialogen med Posten slik at de godtar to leveringspunkt i Realfagbygget.

Enhet	Nr	Dato	Status	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
				fakultets-administrasjonen)				
IK	2213	14.03.2022	Lukket	Stakk seg på sprøyte inneholdende rester av kjemikalier.	Uhell	Ja	Ja	Gjennomgang av arbeidsmetode for å sikre at det ikke skjer igjen.
Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi								
IIT	2197	09.03.2022	Åpen	Vernerunde avdekket to punktavsug (ventilasjon) som ikke fungerer	Ukjent	Nei	Nei	
IBEM	2221	17.03.2022	Ny	Stakk seg på sprøyte inneholdende et kjemikalium. Noe av stoffet kan ha kommet i kontakt med blodbanen.	Uhell	Ja	Ja	Skylte og kontaktet giftinformasjonssentralen.
IVT - Adm	2225	18.03.2022	Åpen	Gjennomgang på kjemikalielager avdekket mange kjemikalier som ikke var registrert i stoffkartoteket	Manglende opplæring av, og manglende kjennskap til HMS-retningslinjer hos nyansatte, samt hos de som lærer opp nytt personell,	Nei	Nei	Avviket er under behandling
UMAK – Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag								
UMAK - UMAdm	2110	03.02.2022	Åpen	Student skulle ta ut sagblad fra stikksag og glemte å ta ut støpsel. Kom borti startknapp på maskinen og klemte fingeren. Kunne ha gått verre.	Ukonsentrert, feil bruk. Glemte å trekke ut støpsel.	Ja	Nei	

Enhet	Nr	Dato	Status	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
Administrasjonen								
BEA	2130	11.02.2022	Åpen	Brannalarm utløst	Røykdetektor er defekt.	Nei	Nei	Driftspersonell har byttet ut den gamle røykdetektor med ny.
BEA	2211	11.03.2022	Ny	Renholder slo bakhodet i ved rengjøring under trappa.	Konstruksjonen over trappa gir risiko for skade når arbeid pågår. Området har tidligere vært avgrenset med store blomsterkrukker for å synliggjøre faren. Disse var fjernet i forbindelse med ombygging	Ja	Nei	Krukkene ble satt tilbake umiddelbart etter hendelsen for å forhindre flere uønskede hendelser. Det vurderes å merke med teip på gulvet.

Eksp = til eksponeringsregisteret, ePhorte