

Oversikt over innrapporterte HMS-avvik i perioden 22.03.22-18.05.22

Enhet	Nr	Dato	Status	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp./ Mulig eksp.	Kommentar/Tiltak
Det helsevitenskapelige fakultet								
Adm - FUFHF	2231	22.03.2022	Lukket	Brudd i håndledd	Glatt. fall på is	Ja	Nei	Legebehandling
Adm - LegeUt	2341	02.05.2022	Lukket	Legestudent utsatt for vold av pasient	Utagerende pasient	Ja	Nei	Student følges opp
Adm - ØKOHF	2339	11.05.2022	Åpen	Møbler plassert nært hoved-/nødutgang	Ukjent hvem som har plassert møbler på stedet	Nei	Nei	Rydde / fjerne møbler
Adm - ØKOHF	2271	08.04.2022	Lukket	Det ble arbeidet videre med en strålemaskin etter at godkjent prosjekt var avsluttet	Brukere har ikke vært klar over at godkjenningsperioden for prosjektet var gått ut	Nei	Nei	Sentral og lokal strålevernkoordinator har vært i dialog med prosjektkoordinator. Det er søkt om forlengelse av prosjektet. Lokal strålevernkoordinator har vært i dialog med instituttleder. Økt bevissthet om at det til enhver tid må foreligge en godkjenning ved håndtering av både røntgen og åpne/lukkede strålekilder.
Adm - ØKOHF	2246	28.03.2022	Lukket	Lysdeksel fra taklys falt ned og traff ansatt i hodet	Mulig dårlig kvalitet på dekslene eller det var dårlig festet.	Ja	Nei	BEA har tatt saken videre med Statsbygg. Den er meldt inn som reklamasjon.
IFA - MicBio	2267	05.04.2022	Lukket	Vekter kjente sterk kjemikalielukt utenfor en lab	Lukten skyldtes en mindre mengde eddiksyre som var blitt avhendet feil. I tillegg medførte svikt i ventilasjonsanlegg denne kvelden til overtrykk i	Nei	Nei	Gjennomgang av rutiner for avhending av prøver som inneholder både bakterier og kjemikalier. Svikt i ventilasjonen har oppstått før i dette rommet og også i

Enhet	Nr	Dato	Status	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp./ Mulig eksp.	Kommentar/Tiltak
					laboratorium, samt at siste person som forlot laben ikke hadde lukke døren skikkelig.			andre laboratorier på IFA. Det vurderes flere ulike tiltak, bl.a glassvegger for å stenge av pauserommene mot labfløy
IMB	2233	22.03.2022	Åpen	Det mangler telefoner på de fleste labbene som ansatte kan benytte til å tilkalle hjelp under en nødsituasjon.	Telefonene ble fjernet da man gikk over til å bruke skype for business, nå Teams.	Nei	Nei	
IMB - MolInfl	2288	21.04.2022	Åpen	Lite kutt i finger	Uhell med skalpell	Ja	Nei	Utvise større forsiktighet
RKBU Nord - Foreby	2282	19.04.2022	Åpen	Kald trekk på kontor og tidvis forstyrrende uling pga. trekk.	Dårlige vinduer som ikke lukkes ordentlig	Nei	Nei	Utfordring med dette (og andre) vinduer er meldt inn flere ganger uten at det er gjort noe til nå.
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi								
AMB	2322	06.05.2022	Ny	Person pustet inn giftige kjemikalier	Ventilasjonen hadde vært stengt pga alarm. Vedkommende kom inn på lab for tidlig og visste ikke at ventilasjonen hadde vært nede	Nei	Ja	
NFH	2320	04.05.2022	Ny	Funn av et potensielt eksplosivt kjemikalie med gammel faremerking (kun merket giftig)	Kjemikaliet har blitt avglemt i et kjøleskapet	Nei	Nei	SBG og fakultetet er varslet. Kjemikaliet er flyttet til et sikkert sted. Stoffet vil bli avhendet i juni. Gjennomgang av rutiner
NFH	2318	04.05.2022	Åpen	Nitrilhansker ble funnet i vanlig papirsøppel.	Brudd på interne rutiner	Nei	Nei	Hansker kan potensielt være kontaminert med labavfall og skal alltid kastes i gul boks.

Enhet	Nr	Dato	Status	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp./ Mulig eksp.	Kommentar/Tiltak
NFH	2316	02.05.2022	Åpen	PhD-student har arbeidet med et giftig kjemikalie uten at metoden er risikovurdert.	PhD-studenten visste ikke at alle metoder skulle risikovurderes, og det gjorde heller ikke veileder.	Nei	Nei	
NFH	2310	28.04.2022	Åpen	En beholder med formalin som muligens var lekk ble hensatt på en benk på et kjølerom	Enten mangel på opplæring eller mangel på forståelse for hvor giftig formalin er.	Nei	Nei	
NFH	2300	27.04.2022	Åpen	Funn av sju flasker kun merket «WASTE» uten noe mer beskrivelse av innhold eller hvem som var eier av avfallet.	Mangel på opplæring om håndtering av kjemikalieavfall	Nei	Nei	
NFH	2296	27.04.2022	Åpen	Materiell skade på fotobioreaktor.	Et signify-lys løsnet og falt ned i fotobioreaktor.	Nei	Nei	
NFH	2269	06.04.2022	Åpen	Mottak av kjemikalier bestilt av ansatt via fagrekvirent. Det var ikke gitt beskjed om at dette skulle legges i Chess	Ikke gitt beskjed om bestilling av faremerkede kjemikalier	Nei	Nei	Mulige tiltak: nye rutiner for bestilling av faremerkede kjemikalier
NFH	2260	04.04.2022	Åpen	Overoppheting av inkubator.	Feil på inkubatorens temperaturkontroll.	Nei	Nei	Dersom det ikke hadde blitt oppdaget kunne det i verste fall ført til brann
NFH	2252	28.03.2022	Lukket	Avfall fra autoklav, som normalt sett bare skal inneholde vann, luktet av løsemiddel.	Noen må ha autoklavert avfall, fra for eksempel ekstraksjon, som inneholdt løsemiddel.	Nei	Ja	Hendelsesforløpet er klarlagt og løsemiddelet er identifisert. Sluken er rensset. Autoklaven har blitt avdampet og er klargjort for bruk. Hendelsen har blitt tatt opp på internmøte mandag 28. mars

Enhet	Nr	Dato	Status	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp./ Mulig eksp.	Kommentar/Tiltak
NFH	2244	28.03.2022	Lukket	Funn av fire faremerkede kjemikalier på lab. Disse var ikke forsvarlig lagret og innkjøp var ikke meldt inn for registrering i stoffkartotek	Brudd på rutiner	Nei	Nei	Kjemikaliene er flyttet til kjemikalieskap og bruker er varslet. Avviket tas opp på neste fellesmøte (mandag 4. april). Det vurderes å innføre nye innkjøpsregler på instituttet
Fakultet for naturvitenskap og teknologi biovitenskap, fiskeri og økonomi								
IK	2264	05.04.2022	Åpen	Ansatt stakk seg på kanyle som hadde vært i kontakt med giftige kjemikalier i en gel	Uhell	Ja	Nei	Endre prosedyre for hvordan rørene holdes i denne arbeidsprosedyren. Innholdet av kjemikalier i gelen var svært liten, slik at det ikke anses som eksponering.
Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi								
Adm - StabIVT	2333	09.05.2022	Åpen	Større mengder kjemikalier lagret i avtrekksskap.	Brudd på interne rutiner	Nei	Nei	Avtrekksskap skal ikke brukes til lagring
Det juridiske fakultet								
LedJUR	2335	10.05.22	Ny	Arbeidssituasjon som medfører økt risiko for belastningsskade	Godkjenning av kontrakter i SAP selvbetjeningsportal krever svært mange museklikk pr. kontrakt	Nei	Nei	Ansatt som tidligere har hatt "musearm" kjenner smerter i armen etter overgang til nytt system
Administrasjonen								

Enhet	Nr	Dato	Status	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp./ Mulig eksp.	Kommentar/Tiltak
BEA	2235	22.03.2022	Åpen	Bøker falt fra hylle og traff ansatt i hodet	Bøker ikke satt ordentlig i hylle. Hylle for full.	Ja	Nei	
BEA - SCD	2290	21.04.2022	Åpen	Skadet to fingre	Glatt. Fall på is.	Ja	Nei	
ITA - BASE	2237	22.03.2022	Åpen	Få tilgjengelige toaletter for ansatte, samt at ansatte deler toalett med andre brukergrupper (studenter)	Mulig brudd på lovverk	Nei	Nei	BEA sender saken til Statsbygg som eier bygningsmassen i Harstad. Det vil være de som må gjøre noe med dette dersom det skulle være slik at dette ikke er forskriftsmessig.

Eksp = til eksponeringsregisteret, ePhorte