

Oversikt over innrapporterte HMS-avvik i perioden 18.03.23-05.05.23

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
Det helsevitenskapelige fakultet							
IFA	3413	30.03.2023	Avfall levert til avfallsmottak uten å være korrekt merket	Manglende utfylling av kjemikalieetikett	Nei	Nei	Rommet ble ryddet og alt avfall merket
IFA	3411	30.03.2023	Søl av kjemikalie på fot	Uhell ved innveing av kjemikalie	Ja	Ja	Fot ble vasket. Heretter benyttes sko uten åpen tå
IFA	3494	27.04.2023	Skade på fot	For kom i klem ved bruk av jekketralle	Ja	Nei	BEA vil bistå ved bruk av jekketralle
IFA	3444	11.04.2023	Etsende rengjøringsmidler fra kjøkken ble etterlatt umerket utenfor avfallsrom for kjemisk avfall	Usikkerhet på kjøkken hvordan slike ting skal håndteres	Nei	Nei	Avfallet ble fjernet
IH	3405	29.03.2023	Grove påstander mot kollega fremsatt i epost	Usikkert	Nei	Nei	Saken er fulgt opp av instituttet. Fakultetsledelsen er orientert. Kollegaer som stod på mottakerliste er orientert. Saken er oversendt politiet.
IMB	3372	20.03.2023	Feillevert, umerket avfallspose til autoklav	Rutiner for innlevering av biologisk avfall er ikke fulgt. Skyldes antagelig for dårlig opplæring	Nei	Nei	Opplæring og bevisstgjøring
IMB	3370	20.03.2023	Overfylt autoklavrom	Manglende rutine og manglende restriksjoner for hvor mange kolli autoklavrommet er dimensjonert for.	Nei	Nei	Få på plass rutiner for levering av avfall til autoklavrom
IMB	3521	05.05.2023	Skade i finger	Skaden oppstod da prøver skulle tas ut av fryser	Ja	Nei	Uhellshendelse

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
IMB	3448	12.04.2023	Mindre søl med radioaktiv merket kjemikalier	Uhell	Nei	Nei	Hendelsen ble håndtert i hht gjeldende rutiner. Sølet var så lite at det ikke er å anse som en eksponering.
IMB	3409	30.03.2023	Kuttskade i tommel på labutstyr	Studenten hadde glemt å sette på låsmekanismen som skal hindre slike uhell.	Ja	Nei	Student fulgt opp av lege. Tiltak er opplæring av studentene om å ikke fjerne sikkerhetsmekanisme
IVP	3523	05.05.2023	En student stakk se på en brukt kanyle. Mangelfull helsehjelp i forbindelse med stikkskade	Studenten ble sendt til lege, men det ble ikke tatt blodprøve, slik det skulle ha vært gjort	Ja	Nei	Det er et tidsperspektiv når det gjelder HIV-profylakse og behandling for hepatittsmitte. Det er derfor avgjørende at pasienten kommer tidlig nok til blodprøvetaking. Feil hos det lokale legekontoret
IFA	352	05.05.2023	Mulig eksponering for damp fra kjemikalie	Kjemikalieavfall ikke håndtert / pakket på korrekt måte.	Ja	Ja	Avviket er under behandling
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi							
AMB	3500	27.04.2023	Åpning i vegg mellom lab og gang	Vindu ble fjernet for å forbedre ventilasjonen	Nei	Nei	Åpningen utgjør en økt risiko i tilfelle brann
AMB	3498	27.04.2023	Usikret gassflaske	Manglende etterlevelse av regelverk	Nei	Nei	Sikre flasken. Informasjon
AMB	3461	18.04.2023	Uidentifisert kjemikalielukt på lab	Ukjent.	Nei	Nei	Det var ingen kjemikalier lagret på lab'en som kunne gi opphav til lukten
NFH	3514	04.05.2023	Utløst brannalarm	Kakelys/isfakkel tent i forbindelse med bursdagsfeiring	Nei	Nei	Brannvesnet ble kontaktet for å stoppe uttrykning. Påminnelse til ansatte om forbud mot levende lys

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
NFH	3463	18.04.2023	Hansker i restavfall - kurslab	Feilsortering av avfall. Mulig manglende opplæring	Nei	Nei	Gjennomgang av rutiner med ansatte
NFH	3418	31.03.2023	Lab mangler rene labfrakker for ansatte	Uklart om det er noen som har ansvar for å sende frakker til vask	Nei	Nei	Avklare hvordan man skal sikre at brukte labfrakker blir sendt til vask
NFH	3403	29.03.2023	Overfylte bokser med problemavfall. En boks var umerket	Brukere av laben har ikke fulgt de generelle rutinene for arbeid i lab.	Nei	Nei	Informasjon
NFH	3401	29.03.2023	Helseskadelige kjemikalier plasser i åpen hylle på lab	Brukere følger ikke regelverket for oppbevaring av kjemikalier, og melder ikke til lab ansvarlig ved bruk av slike kjemikalier.	Nei	Nei	Rommet mangler oppdatert romkort, så det kan være usikkerhet rundt hvem som er labansvarlig
NFH	3375	22.03.2023	Kuttskade	Uhell med kniv ved sløyging av fisk	Ja	Nei	Uhellshendelse.
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)							
IG	3452	14.04.23	Ytterdør går ikke i lås og blir stående ulåst etter arbeidstid	Feil på dør	Nei	Nei	Saken sendt til BEA
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)							
AHR	3468	19.04.23	Slo skulder og arm mot bord	Uhell. Ansatt snublet i kant/trappetrinn i auditorium	Ja	Nei	Uhell. Den skadde er fulgt opp
UMAK – Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen							
UM	3502	28.04.23	Bekymringer for sikkerhet på kulturhistorisk lab	Det har vært ulike hendelser og forhold som viser at sikkerheten og HMS-forholdene ikke er i hht	Nei	Nei	Det har forsøkt å varsle om forholdene uten at tiltak har blitt innført

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
				kravene ved UiT. Sammensatte årsaker			
Fellesadministrasjonen							
BEA	3717	04.05.2023	Det er store mengder med utstyr lagret i kulverten.	En stor bestilling av nye skrivere.	Nei	Nei	Utstyret fører til økt brannbelastning og behov for økt avfallshåndtering. I tillegg til redusert fremkommelighet.
BEA	3398	27.03.2023	Materiell skade, inspeksjonsluke i kulvert knust av truck	Truck måtte vike for gående personell. Luken er gammel, og stålet er nok blitt svekket over tid.	Nei	Nei	Reparere luken.
BEA	3368	20.03.2023	Arm i klem	Heis dør gikk igjen og ansatt fikk armen i klem	Ja	Nei	Heis er gammel, og fungerer ikke optimalt. BEA vet om problemet og vil prøve å få det ordnet.

Eksp = til eksponeringsregisteret